

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5-42
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置(泌尿器科) 1式
- 3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	日立製作所	超音波診断装置 ARIETTA60	1 式
2		内訳	
3		本体 SSD-ARIETTA60-S	1
4		デジタルエコーコピー SSZ-D310	1
5		白黒プリンタ接続キット PM-AR70-H001	1
6		周辺機器 1 台拡張板金(A70/A60 共用) MP-FX-AR70-20	1
7		白黒プリンタ搭載金具(A70/A60 共用) MP-FX-AR70-25	1
8		DICOM ネットワーク通信機能ソフト SOP-ARIETTA60-10	1
9		電子コンベックス深触子(腹部用) C251	1
10		電子コンベックス深触子(穿刺用) C22P	1
11		穿刺ガイドブランケット(C22P 用) EZU-PA7C2	1
12		複合深触子(経会陰用) C41L47RP	1
13		穿刺金具(C41L47RP 用 G14, 18) EZU-PA3U	1
14		電子コンベックス深触子(経直腸用) C41RP	1
15		電子コンベックス深触子(術中用) C42K	1
16		ブランケット(C42K タイプ用) CIV-614-068	1
17		術中電子リニア深触子(4 方向屈曲ラパロ用) L44LA	1

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	東芝メディカルシステムズ	超音波診断装置 Xario200S/Platinum	1 式
2		内訳	
3		本体 TUS-X200S/W5	1
4		アイソレーショントランス UETR-X200A	1
5		ゼリーウォーマ UZGW-007A	1
6		プローブアームキット UZMK-X200A	1
7		DICOM キット USDI-X200A	1
8		Differential THI キット USDT-X200A	1
9		Elastography+計測キット USDF-X200A	1
10		経食道プローブ接続コネクタ UITC-X200A	1
11		プローブセレクトキット USPS-X200A	1
12		プローブホルダキット UZPH-X201A	1
13		コンベックスプローブ PVU-375BT	1
14		コンベックスプローブ PVU-382BT	1
15		術中、表在用コンベックスプローブ・PVU-745BTV	1
16		体腔内プローブ PVU-770ST	1
17		経直腸バイプレーンプローブ PVL-715RS	1
18		腹腔内プローブ PET-805LA	1

19		穿刺アダプタ UAGV-036A	1
20		穿刺ブランケット 680-110	1
21		穿刺アダプタ UAGL-001AHA	1
22		穿刺アダプタ UAGL-002AHA	1
23		デジタル白黒プリンタ UP-D898MD	1
24		デジタルカラープリンタ UP-D25MD	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。