

# 仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5－38号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置(整形外科) 1式

## 3 機器の構成

メーカー	内容	品番	数量
GEヘルスケアジャパン	超音波診断装置	LOGIQ e Premium Pro	1式
	内訳		
	本体	LOGIQ e Premium	1
	ドッキングカート(LOGIQ e Premium)		1
	プローブ	L4-12tRS	1
	プローブ	L10-22 RS	1
	プローブ	C1-5-D	1
	白黒デジタルビデオプリンタ(SONY)	UP-D898MD	1
	Easy 3D		1
	e Smart Trainer-Japan edition		1
	LOGIQ View Software Option		1
	DVD R/W		1

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所  
静岡県立総合病院
- (2) 保守体制  
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。  
納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。  
機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。