

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5－37号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置(エコーセンター) 1式
- 3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする

(1)

メーカー	内容	品番	数量
東芝	超音波診断装置	Aplio i 700	1 式
	内訳		
	超音波診断装置	TUS-AI700	1
	本体		1
	液晶モニタ(23 インチ)		1
	DICOM キット		1
	Advanced SMI		1
	Auto EF with GLS		1
	Smart 3D		1
	STC キット	UIST-AI900A	1
	キーボードキット	UIKB-AI900A	1
	CHI キット	USHI-AI900A	1
	CHI-Q(TCA)キット	USCQ-AI900A	1
	Elastography＋計測キット	USEL-AI900A	1
	Panoramic View キット	USPV-AI900A	1
	Shear Wave キット	USSW-AI900A	1
	ゼリーウォーマ	UZGW-008A	1
	プローブアームキット	UZMK-AI900A	1
	周辺機器搭載キット	UZRI-AI900A	1
	コンベックスプローブ	PVI-475BT	1
	高周波リニアプローブ	PLT-1005BT	1
	高周波リニアプローブ	PLT-1204BT	1
	高周波リニアプローブ	PLT-704SBT	1
	デジタル白黒プリンタ	UP-D898MD	1
	接続費		1

(2)

メーカー	内容	品番	数量
GE ヘルスケアジャパン	超音波診断装置	LOGIQ E9 XDclear 2.0	1 式
	内訳		
	本体	LOGIQ E9 XDclear 2.0	1
	本体コンソール内臓シェアウェーブ機能		1
	B-Flow		1
	Elastography 解析機能付		1
	Contrast Imaging for Low MI		1

	Auto-IMT		1
	DICOM		1
	C1-6-D プローブ(類型:C1-6VN-D)		1
	ML6-15-D プローブ		1
	L8-18i-D プローブ		1
	C3-10-D プローブ		1
	9L プローブ(類型:9L-D プローブ)		1
SONY	白黒デジタルプリンター	UP-D898MD	1
	US NW 接続費用ノーマル B	検収後 2 年間有効	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。