

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5ー44号
- 2 器械の名称及び数量 関節鏡カメラシステム 1式

3 機器の構成

メーカー	内容	数量
アスレックスジャパン	Synergy 関節鏡カメラシステム	1式
	内訳	
	Synergy UHD4 コンソール AR-3200-0021	1台
	Synergy UHD4 デジタルコミュニケーションタブレット AR-3200-1007	1台
	イリゲーションポンプ コンティニアウェーブⅢ AR-6475	1台
	ワンプースチューブ AR-6410	20個
	55インチ4kモニター MDSC-8255MNA	1台
	コンパクトカート(85インチ用) KU.3761.800	1台
	タブレット用アーム(コンパクトカート用) KU.1534.800	1台
	アダプタープレートサイトマウント for Swivel Arm small KU.2788.991	1個
	Synergy UHD4 4K Cマウントカメラヘッド AR-3210-0025	2個
	Cマウントアスロスコフ 4mm30° AR-3355-4030	3個
	Cマウントアスロスコフ 4mm70° AR-3355-4070	1個
	4mmアスロスコフ用ダブルロックハイフーシス用 AR-3375-4002	2個
	ユニカルオブチュレーター 4mmハイフーシス用 AR-3375-4001	2個
	ライトケーブル 5mm×4m AR-3240-5040	2本

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けのないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院
- (2) 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。