

仕 様 書

1 入札番号 総病管第5-46号

2 器械の名称及び数量 医用テレメーター 2式

3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする

(1)

	メーカー	品名・規格	数量
1	日本光電	医用テレメータ(8人用) WEP-5218	2
2		架台 KC-600P	2
3		バッテリーパック SB-671P X075	2
4		送信機 ZS-630P	16
5		電極リード線 K911	16
6		シリコンカバー YS-103P1 Y224	16
7		病棟アンテナ分配費用	1

(2)

	メーカー	品名・規格	数量
1	フクダ電子	本体ユニット DSC-8730	2
2		表示ユニット LC-8017TC	2
3		テレメータ受信ユニット WE-8000	2
4		増床RFモジュール RMF-W1F	16
5		CFastカード FCS-64G	2
6		リチウムイオンバッテリーパック BT0-005	2
7		モニター用トロリー MXD-M1-15749	2
8		Bluetoothスキャナ(充電型対応) SE1-BB-C	2
9		Bluetoothスキャナ接続ケーブル CBBA-RS2000/9FU	2
10		Bluetoothスキャナ単体充電器 CH-SE11	1
11		ベッドサイドモニタ DS-8007N	2
12		モニター用トロリー下ユニット OT0-11	2
13		8100用トロリー上ユニット OA0-8100	2
14		トロリー用収納ボックス OA0-91A	4
15		リチウムイオンバッテリーパック BT0-008	2
16		レコーダユニット HR-800	3
17		トロリー用レコーダ取付金具 OA0-75A	2
18		モニタ用ベッドマウント OA0-102A	2
19		心電中継コード CIO-(3電極) CIO-05CTP-3NU	2
20		心電図用誘導リード モニタ用3電極 CMC-700-3	2
21		ACユニット DSA-81	2
22		長時間波形記録カード SD-16G	2
23		CO2ガスユニット HCP-820	2
24		エアホース(3.5m) OA-80APR3.5	2
25		モニタ用血圧カフ 成人用(標準) CUF-8504	2
26		センサ接続ケーブル DOC-10	2

27		部品-ネルコアセンサ DS100A	16
28		血圧中継ケーブル CJ0-P01B-SB3.6	2
29		スマートカ°/ライン°ラ5成人/中人 02 MS009822	20
30		心電・呼吸・SpO2 送信機 LX-8300	14
31		心電図用誘導リード 送信機用3電極 CMT-01CTH-0.8D	14
32		携帯型テレメータ受信機 PW-8000	4
33		microSD カード mSD-2GB	4
34		ユニット接続ケーブル(1.5m) CJ0-09SS1.5	1
35		ネットワーク接続ケーブル CJ0-17SS2.5	1
36		レーザービームプリンター LBP-6710i	1
37		6C テレメータアンテナ工事費	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けのないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。