

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5ー11号

2 器械の名称及び数量 内視鏡ビデオシステム 1式

## 3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	【構成】			
1	オリンパス	EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター	CV-290	1
2	オリンパス	高輝度光源装置	CLV-290SL	1
3	オリンパス	高解像LCDモニター	OEV262H	1
4	オリンパス	内視鏡挿入形状観測装置	UPD-3(CLV-UPD ケーブルセット)	1
5	エルベ	APC2 本体	E12-1164	1
6	エルベ	減圧弁	E12-0585	1
7	エルベ	VIO1 ペダルフットスイッチ	20188-300 E12-0962	1
8	オリンパス	ハイビジョン画像記録装置	IMH-20	1
9	オリンパス	ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ	GIF-H290Z	2
10	オリンパス	大腸ビデオスコープ	CF-HQ290ZI	1
11	オリンパス	大腸ビデオスコープ	PCF-H290ZI	1
12	オリンパス	モバイルワークステーション	WM-NP2SET1	1
13	オリンパス	CO2 ボンベホルダー	MAJ-1639	1
14	オリンパス	内視鏡用洗滌ポンプ	OFP-2	1
15	オリンパス	内視鏡用炭酸ガス送気装置	UCR	1
16	オリンパス	Solemio 連携ソフト	MAJ-2018	1
17	オリンパス	CV 通信変換機	MAJ-1916	1
18	オリンパス	周辺機器リモートケーブル	MAJ-1918	1
19	オリンパス	SDI ケーブル	MAJ-1912 8.5m	1
20	オリンパス	EVIS-EUS 接続ケーブル	MAJ-1711	1
21	オリンパス	Y/C 映像ケーブル	MH-985	1
22	オリンパス	SDI ケーブル	MAJ-1951 2.5m	1
23	カナレ電気	VGA ケーブル	5VDS003A-J1.5C 0.3m	2
24	オリンパス	挿入形状観測プローブ	MAJ-1878	1
25	オリンパス	UPD ケーブル	MAJ-1881	1
26	オリンパス	IT セットアップ(設置調整)		1
27	オリンパス	コロモデルセット	CM-15	1
28		大腸トレーニングモデル CM-15 用収納ケース		1
29		モニターアーム設定調整費		1

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。