

静岡県立総合病院 生体情報モニターの購入及び保守について
提案書提出者選定評価基準

分類	No.	評価項目	評価事項	配点
共通項目	1	導入実績	700床以上の病院における納入実績が何件あるか ・代表的な病院名と病床数をあげること	6
	2	外部機器との連携について	外部機器とどこまで連携できるか	5
	3	測定項目について	測定項目はどの程度か	5
	4	拡張性・将来性	・他部署との連携は可能か ・将来新しい機器が開発された場合の接続コストは？ ・ファイリングシステムの活用性について(ICU)	5
	5	保守体制について	保守連絡体制(要請時の処理フロー、到着に要する時間等)はどうなっているか	4
OR	6	OP用モニターの機能について	・操作のしやすさ ・画面表示の見やすさ ・他社に対する優位性 等	5
	7	術中不整脈機能について	・不整脈管理機能と解析項目について	5
	8	アラーム機能について	・術中臨床的に優位なアラームの抽出方法は？ ・不要なアラームを抑制する方法は？ ・不整脈アラームの鳴り過ぎを抑制する機能があるか？	5
	9	麻酔記録システムとの連携について	ERGA(鈴と麻酔システム)との連携実績と、出力項目及び出力形式について	5
HCU	10	HCU用モニターの機能について	・操作のしやすさ ・表示の見やすさ ・信頼性の高い不整脈解析について ・他社に対する優位性 等	5
	11	アラーム機能について	・他の部屋のアラーム表示はわかりやすいか ・移設分のアラーム管理をどうするか ・不要なアラームを抑制する方法は？ ・不整脈アラームの鳴り過ぎを抑制する機能があるか？	5
ICU	12	ICU用モニターの機能について	・操作のしやすさ ・表示の見やすさ ・信頼性の高い不整脈解析について ・他社に対する優位性 等	5
	13	アラーム機能について	・他の部屋のアラーム表示はわかりやすいか ・不要なアラームを抑制する方法は？ ・不整脈アラームの鳴り過ぎを抑制する機能があるか？	5
	14	導入方法	・診療業務に支障が無いか	5
金額	15	見積金額の評価	価格点=45点×(最低見積金額/提案者の提示する見積金額)	45
合計				115