

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-54 号

2 器械の名称及び数量 聴覚検査機器 1 式

3 機器の構成

番号	品名	形式	数量
1	Eclipse(エクリプス)本体		1
2	EP モジュール(ABR)		1
3	ASSR モジュール		1
4	Vemp 検査モジュール		1
5	DPOAE モジュール		1
6	TEOAE モジュール		1
7	ABRIS 検査モジュール		1
8	TDH39 気導ヘッドセット		1
9	B71 骨導ヘッドセット		1
10	ノート PC		1
11	A4 プリンタ		1
12	専用台車		1
13	出張作業費		1
14	Affinity2.0(アフィニティ)本体		1
15	HIT440 モジュール(補聴器特性測定)		1
16	AC440 モジュール(オーディオメータ)		1
17	REM440 モジュール(実耳測定)		1
18	VSP440 モジュール(ビジブルスピーチ)		1
19	ノート PC		1
20	高周波検査(20KHz)	HDA330	1
21	語音検査内蔵		1
22	アンプ	AP70PowerAmplifier	1
23	スピーカー	SP90RadioEarSpeaker	1
24	インサートイヤホン	EARTone3A	1
25	音場校正・出張作業費		1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（6）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

（7）養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

（1）搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟リサーチサポートセンター

（2）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。