

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-52 号

2 器械の名称及び数量 手術用顕微鏡 1 式

## 3 機器の構成

メーカー	品名	数量
カルツァイスメディテック	手術用顕微鏡 KINEVO900	1 式
	内容	
	可変鏡筒、4K カメラ内蔵 3D 対応、手術顕微鏡映像システム一式	

## 4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に設置すること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟 手術室

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。