

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-13 号

2 器械の名称及び数量 眼科・歯科用手術台 3 式

## 3 機器の構成

商品名	品番	数量	単位
タカラベルモント 手術台		2	式
(構成内訳)			
手術台 メプロ4 ES7 本体	DR-140-ES7	2	台
メプロ4 上肢台 ES7	DR-140AM-ES7	4	具
メプロ4 リストレスト	DR-140R	2	具
タカラベルモント メプロヘッドレストカバー	DR-130-HC1	1	箱
外科用手術台	DR-8750-1	1	台
眼科マクラ	DR-OPTM-DH	1	個
上肢台	DR-OPTM-AT	2	台
頭部支持器	DR-OPTM-H	1	台
L字型ステー	DR-OPTM-BLM05	1	式
イルリガードル架	DR-OPTM-ZNN	1	組
消毒盤台L型水平 05	DR-OPTM-N205	1	組
アームシールド	DR-OPTM-AS	2	個
抑制帯200	DR-OPTM-YK20	1	個
低反発マット	DR-OPTM-PSN	1	枚
上肢台用低反発マット	DR-OPTM-PSA	2	枚

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所  
静岡県立総合病院先端医学棟 手術室

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。