

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-11 号

2 器械の名称及び数量 人工呼吸器 2 式

3 機器の構成

商品名	品番	数量	単位
フィリップスレスピロニクス合同会社	成人用人工呼吸器【院内搬送 Ver】	2	式
【構成内訳】			
成人用人工呼吸器	V60ベンチレータ Auto-Trak+(本体+新型スタンド+内蔵バッテリー)	2	式
加温加湿器	1084775 PMH-1000PR 若しくは同等品	2	台
ウォーターバグポール	1098650(550525)	2	個
エスプリ用アームブラケット	1002497	2	個
回路サポートアーム	FJBL-3020-L フレキシブル 3 レン	2	個
ホースハンガー(プラスチック)	FJTG-301	2	個
O2シリンダーキット(V60スタンド)	1117502 1109869	2	個
O2マニホールドキット	1117503 1109602	2	個
延長ホース K-O2	FJA0061	6	本
新鋭工業社製 二段式減圧弁	200190118 P ガタ チャックツキ	4	個

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。