

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-9 号

2 器械の名称及び数量 材料搬送カート 1式

3 機器の構成

1. 機器の構成（1式の構成）

1-1	材料搬送カート シングルタイプ	奥行き長仕様	20台
1-2	材料搬送カート ダブルタイプ①	奥行き長仕様	10台
1-3	材料搬送カート ダブルタイプ②	奥行き長仕様	40台
1-4	付属品		1式
1-5	保証書・取扱説明書		1式

2. 構成品の仕様

2-1 材料搬送カートは、以下の要件を満たすこと

- ・本体フレーム材質：ステンレス製またはスチール製
- ・トレ材質：ABS
- ・キャスター：φ100～125mm 程度
- ・カート側面に持ち手を有すること
- ・トレ飛び出し、抜け落ち防止機能を有すること
- ・国際標準規格の 600mm×400mm のトレを収納できること
- ・キャスターは対角位置にストップ機能を有すること
- ・カタログ又は器具図で商品を確認できること
- ・トレ一式（下記の通り）を含むこと

シングルタイプ : 浅トレ*2、中トレ*4、深トレ*2、ステンレスまたは木製棚板*2

ダブルタイプ① : 浅トレ*4、中トレ*8、深トレ*4

ダブルタイプ② : 浅トレ*4、中トレ*8、深トレ*4、ステンレスまたは木製棚板*2

- ・1-1シングルタイプ及び1-3ダブルタイプ②の底面は、滅菌コンテナの重量に耐えられるステンレス棚板を敷き動かないように固定されていること。

- ・今回導入する全トレにおいて、表示部品やトレ色などによって積載物（診療材料と滅菌物）の識別ができるような措置をとること。

付属品は、以下の要件を満たすこと

2-2 ・トレ内を十字に仕切れる部材をそれぞれ付属すること

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟 1F

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。