

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-24 号

2 器械の名称及び数量 手術器械展開台 29 台

3 機器の構成

1. 機器の構成

- | | | |
|-----|-----------|------|
| 1-1 | 手術器械展開台車① | 7 台 |
| 1-2 | 手術器械展開台車② | 10 台 |
| 1-3 | 手術器械展開台車③ | 8 台 |
| 1-4 | 手術器械展開台車④ | 4 台 |

2. 構成品の仕様

2-1 手術器械展開台車①は以下の要件を満たすこと

- ・天板サイズ：1000～1200×450～600mm
- ・天板までの高さ：800mm 程度、昇降なし
- ・材質：ステンス
- ・テーブル上面は四方向に持ち上げ加工が施されていること

2-2 手術器械展開台車②は以下の要件を満たすこと

- ・天板サイズ：700～800×450～600mm
- ・天板までの高さ：800mm 程度、昇降なし
- ・材質：ステンス
- ・天板は三方向の手すりが施されていること

2-3 手術器械展開台車③は以下の要件を満たすこと

- ・天板サイズ：800～1000×400～500mm
- ・昇降範囲：800～1500mm 以内、フットペダルによる油圧式であること
- ・材質：ステンス
- ・キャスター：Φ60mm 程度
- ・オーバーヘッドで使用でき、滅菌コンテナシステム用バスケット対応の展開台であること
- ・テーブル上面は4方向に持ち上げ加工が施されていること

2-4 手術器械展開台車④は以下の要件を満たすこと

- ・天板サイズ：500～550×300～350mm

- ・昇降範囲：900～1400mm 以内
- ・材質：ステンレス
- ・キャスター：Φ50mm 程度
- ・メーカー型であること

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟 手術室

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。