

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 13-1 号

2 器械の名称及び数量 鋼製小物（村中医療器） 1 式

3 構成

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
1	村中医療器	底,160mm	フルサイズ	002-493-42	3
2	村中医療器	底,145mm	ミドルサイズ	002-494-41	21
3	村中医療器	底,160mm	ミドルサイズ	002-494-42	7
4	村中医療器	ID ラベル,文字彫刻入り, 赤色		002-495-11	124
5	村中医療器	バスケット,485×253× 56mm	フルサイズ	002-505-12	3
6	村中医療器	バスケット,406×253× 56mm	ミドルサイズ	002-505-52	62
7	村中医療器	蓋,プライムラインプロ	フルサイズ	002-590-31～35	3
8	村中医療器	蓋,プライムラインプロ	ミドルサイズ	002-590-36～40	28
9	村中医療器	腸バウ	50mm	030-181-01	5
10	村中医療器	腸バウ	40mm	030-181-03	5
11	村中医療器	腸バウ	30mm	030-181-05	5
12	村中医療器	腸バウ	20mm	030-181-07	5
13	村中医療器	スケール	15cm	034-001-25	8
14	村中医療器	ボール	大 Φ210	113-002-21	6
15	村中医療器	ビーカー	200ml	113-032-05	2
16	村中医療器	ビーカー	500ml	113-032-06	8
17	村中医療器	トレイ		113-043-01	2
18	村中医療器	上山式マイクro剪刀	ストレート K-103	119-004-35	1
19	村中医療器	上山式マイクro骨鉗子	K-700	119-005-71	1
20	村中医療器	布鉗子		135-011-05	15

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
21	村中医療器	両頭鋭匙	0-00	139-100-01	5
22	村中医療器	ガラス薬杯		250-008-02	1
23	村中医療器	丸のみ鉗子スチール・リュエル	二連式直先端幅 10mm.260 mm	451-541-15	1
24	村中医療器	バイポーラ鑷子	眼科用	451-938-01	5
25	村中医療器	滅菌ケース		451-992-25	3
26	村中医療器	鉄綿棒		494-001-02	2
27	村中医療器	膿盆	小	502-015-19	13
28	村中医療器	膿盆	中	502-015-21	3
29	村中医療器	膿盆	中	502-015-22	7
30	村中医療器	膿盆	大	502-015-23	1
31	村中医療器	膿盆	大	502-015-26	1
32	村中医療器	ステンレス薬杯		502-015-43	8
33	村中医療器	ビーカー	200ml	502-015-67	10
34	村中医療器	ビーカー	500ml 長	502-015-69	5
35	村中医療器	カップ		502-015-73	2
36	村中医療器	眼科用メスホルダー		567-001-73	6
37	村中医療器	メーヨー剪刀	反	669-064-06	1
38	村中医療器	腹壁鉤	M	669-072-01	10
39	村中医療器	扁平鉤	極々小	669-100-01	4
40	村中医療器	ペンフィルト		669-580-32	1
41	村中医療器	針入れ		G98-001-10	14
42	村中医療器	シャーレ		G98-001-12	3
43	村中医療器	マンマプレート	6枚①～⑥		2

#### 4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

#### 5 搬入場所及び保守体制

##### (1) 搬入場所

手術室

##### (2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。