

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 62-19 号
- 2 器械の名称及び数量 レサシアンシミュレーター 4 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数 量
	レールダルメデ イカルジャパン	BLS・ACLS 研修用機器	レサシアンシミュレータ PLUS/withQCPR	4 式
	【構成】			
1		レサシアンシミュレータ PLUS	150-21001	4
2		SimPad Plus 本体のみ	204-30101	4
3		LLEAP for SimPad PLUS ライセンス	204-50150	4
4		操作・モニタ端末(タブレット型)	400-09201	4
5		コンパクトキーボード	JSM38054	4
6		PC マウス	JSM38041	4
7		Air チューブアダプタ	205-10550	4
8		ダブルルーマンチューブ 40 フィート(SimMan)	1005146	4
9		レサシアン withQCPR 半身	171-00150	4
10		レサシアン withQCPR バッテリーアップグレード	170-50750	4
11		SimPad スキルレポートソフトウェアライセンス	202-50050	4
12		RA シミュレータ基本トレーニングコース SimPad 1 日 インストラクション付	150-EDSP100	4

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。