

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-20 号

2 器械の名称及び数量 ICU ベッド 6 式

3 機器の構成

1. 機器の構成(1 式の構成)

1-1	電動ベッド	1 台
1-2	エアマットレス	1 台
1-3	酸素ボンベホルダー	1 台
1-4	両サイドプロテクター	左右 1 組
1-5	ベッドサイドテーブル	1 台
1-6	取扱説明書	1 式

2. 構成品の仕様

- 2-1 電動ベッド本体は以下の要件を満たすこと
 - 2-1-1 外形寸法は全長 235 cm、全幅 105cm 以内であること
 - 2-1-2 重量は 170kg 以下であること
 - 2-1-3 キャスターはΦ125mm 以上(トータルロック)であること
 - 2-1-4 最大使用者体重 178kg 以上であること
 - 2-1-5 背あげは傾斜角度/0～約 70° 以上であること
 - 2-1-6 膝あげは傾斜角度/0～約 30° 以上であること
 - 2-1-7 昇降高さは調節量/約 30cm 以上であること
 - 2-1-8 傾斜は傾斜角度/0～約 12° 以上であること
 - 2-1-9 電源は AC100V 50/60Hz であること
 - 2-1-10 個別に上げ下げできるボトム追従型ベッドサイドレールを採用していること
 - 2-1-11 デジタルスケールを搭載していること
- 2-2 エアマットレスは以下にすること
モルテン グランデ
- 2-3 取扱説明書は以下の要件を満たすこと

- 2-3-1 納品時に、関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院先端医学棟 HCU
- (2) 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。
機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。