

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 13-2 号

2 器械の名称及び数量 鋼製小物（ミズホ） 1 式

3 構成

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
1	ミスホ	アムペン(米式ワイヤーカッター兼		01-235-10	1
2	ミスホ	細型二連関節丸のみ鉗子	180 mm	01-308-00	1
3	ミスホ	シェーデ氏骨鋭匙 No.1		01-381-04	1
4	ミスホ	京大式手術ハシ	MGK-8	01-393-11	3
5	ミスホ	京大式手術ハシ	MGK-8	01-393-12	3
6	ミスホ	整形外科のみ	両刃 10 mm	01-396-04	1
7	ミスホ	整形外科のみ	両刃 20 mm	01-396-07	1
8	ミスホ	ナイロンハンマー	大	01-413-01	1
9	ミスホ	ナイロンハンマー	小	01-413-02	3
10	ミスホ	ゲルビ-開創器	13cm	02-009-03	1
11	ミスホ	モスキートペ-ン	直 12.5cm 無鉤	03-001-12	45
12	ミスホ	モスキートペ-ン	曲 12.5cm 無鉤	03-001-13	60
13	ミスホ	単鋭鉤	形成用	03-001-20	3
14	ミスホ	田島式弾性二爪鉤	15.5cm	03-001-26	2
15	ミスホ	微小血管縫合用血管固定鉗子		03-028-01	1
16	ミスホ	アドソン鑷子	無鉤	04-001-06	16
17	ミスホ	アドソン鑷子	有鉤	04-001-07	26
18	ミスホ	コッヘル止血鉗子	有鉤 18.5cm	06-603-00	2
19	ミスホ	コッヘル止血鉗子	有鉤 14.5cm	06-621-00	85
20	ミスホ	コッヘル止血鉗子	無鉤 14.5cm	06-622-00	40
21	ミスホ	コッヘル止血鉗子	無鉤 18.5cm	06-630-00	5
22	ミスホ	モスキート止血鉗子	全長 12cm 直型 有鉤	06-635-00	10
23	ミスホ	モスキート止血鉗子	全長 17cm 弱弯 無鉤	06-687-00	24
24	ミスホ	ケリー鉗子	20cm 弱	06-692-00	10
25	ミスホ	ケリー鉗子	20cm 中	06-693-00	19
26	ミスホ	ケリー鉗子	20cm 強	06-694-00	29
27	ミスホ	ケリー鉗子	22cm 弱	06-696-00	17
28	ミスホ	ケリー鉗子	22cm 中	06-697-00	15
29	ミスホ	ケリー鉗子	22cm 強	06-698-00	15
30	ミスホ	リスター鉗子		06-710-01	15
31	ミスホ	マッチウ持針器		06-773-00	21
32	ミスホ	脳ペラ	大	07-956-60	3
33	ミスホ	脳ペラ	中	07-956-61	2
34	ミスホ	脳ペラ	小	07-956-62	2
35	ミスホ	脳ペラ	長	07-956-65	1

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
36	ミスホ	外科剪刀	直 14cm	09-032-00	6
37	ミスホ	外科剪刀	反 14cm	09-042-00	12
38	ミスホ	外科剪刀	反 18cm	09-044-00	7
39	ミスホ	メーヨー式剪刀	反、14cm	09-063-00	1
40	ミスホ	マッチェンバウム型剪刀	反、14 cm	09-079-00	4
41	ミスホ	マッチェンバウム型剪刀	反、20cm	09-082-00	7
42	ミスホ	外科鑷子	無 15cm	09-091-00	25
43	ミスホ	外科鑷子	無 23cm	09-093-00	19
44	ミスホ	外科鑷子	有 15cm	09-101-00	29
45	ミスホ	外科鑷子	有 23 cm	09-103-00	2
46	ミスホ	麦粒鉗子	反 27cm	09-112-00	2
47	ミスホ	消毒鉗子	23.5cm	09-113-00	11
48	ミスホ	バックハウスタル鉗子	大、13cm	09-124-00	28
49	ミスホ	M 式タル鉗子	13.5cm	09-126-00	50
50	ミスホ	ウェック型タル鉗子	小、10.5cm	09-127-00	10
51	ミスホ	コッヘル手術鉤	二爪鈍鉤	09-151-00	14
52	ミスホ	扁平鉤	幅 10mm、深さ 25mm、全長 21cm	09-160-00	24
53	ミスホ	扁平鉤	幅 13mm、深さ 40mm、全長 21cm	09-161-00	24
54	ミスホ	扁平鉤	幅 18mm、深さ 60mm、全長 21cm	09-164-00	14
55	ミスホ	扁平鉤	幅 25mm、深さ 85mm、全長 21cm	09-167-00	14
56	ミスホ	ドワイアン腸鉗子	直 24cm	09-187-00	10

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。