

仕 様 書

1 入札番号 総病管第3－10号

2 器械の名称及び数量 カプセル内視鏡システム 1式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	【構成】			
1	コヴィディエン	RAPID ワークステーション R8.3 パック	9999WS0013	1 台
2		PILLCAM レコーダー DR3 パック	400600031	1 台
3		アーテク/ロジック PillCam センサレイ	FGS-0427-J	1 台
4		プロダクトキー	61070	1 式
5		カプセル画像取り込み	Solemio スペシャルターゲ-1	1 式

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 適正に稼動するようにアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。