

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-27 号

2 器械の名称及び数量 病理機器 1 式

## 3 機器の構成

メーカー	商品名	品番	数量
サクラファインテックジャパン	標本ブロック加湿器	SMB-1	3 式

メーカー	商品名	品番	数量
大和光機工業	大型滑走式マイクローム	REM-710・CBH	2 式
	C-26・S 防振バー付ワンタッチ式刀固定器 OB-25 クイックリリースクランプ パラフィン屑トレー ビニールカバー		
	フェザーマイクロームホルダーセット No.240E		2 式

メーカー	商品名	品番	数量
オリンパス	ディスカッション装置 2 人用並列型セット	BX2N-SD0	1 式
	内訳		
	並列型ディスカッション鏡筒部	U-SD03	1
	双眼鏡筒	U-BI30-2	1
	接眼レンズ 観察用接眼レンズ	WHN10X	1
	接眼レンズ ヘリコイド付接眼レンズ	WHN11X-H	1

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けのないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所  
静岡県立総合病院先端医学棟 病理検査室
- (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。