

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-31 号

2 器械の名称及び数量 電気メス 4 式

3 機器の構成

メーカー	商品名	品番	数量
アムコ	VIO3		2
	【内訳】		
	VIO3 5ソケット	E-12-3300	2
	1ペダルフットスイッチ	E-12-3302	2
	2ペダルフットスイッチ	E-12-3303	2
	ワークステーションカート	E-12-0548	2
コウテイエン	VLFT10 エネルギープラットフォーム		1
	【内訳】		
	VLFT10 エネルギープラットフォーム	VLFT10GEN	1
	FT10JC カート	JC2016	1
	FORCE シリーズ用モノポードフットスイッチ	E6008B	1
	FORCE シリーズ用バイポードフットスイッチ	E6009	1
	REM 用 S コードアダプタ	E5070B	1
泉工医科	SHAPPER AI		1
	【内訳】		
	SHAPPER AI	0120102900	1
	2ペダルフットスイッチ K タイプ	0120901100	1
	フットスイッチ S タイプ M-BIPO-5P	0120902100	1
	モノポードアダプタ φ8 ユニバーサル	0120451600	1
	専用カート含む		1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟 手術室

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。