

仕 様 書

1 入札番号 総病管第3-18号

2 器械の名称及び数量 除細動器 7式

3 機器の構成 以下のメーカー又は同仕様のフィリップス製のものとする

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	日本光電	除細動器(経皮ペースティング機能付)	TEC-5631	7式
	【構成】			
1		ディフィブリレータ	TEC-5631	7
2		バッテリーパック NKB-301V	X065	7
3		架台	KD-561V	7
4		バスケット	DI-831V	7
5		SD メモリーカード QM-002D	Y154F	7
6		内用パドル 65φ(SW 付)	ND-896V	2

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に設置すること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 適正に稼働するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。
- (7) 稼働に必要な試薬等の消耗品は1箱以上含むこと。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。