

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-21 号

2 器械の名称及び数量 ハイスピードドリルシステム 1 式

3 機器の構成

メーカー	商品名	品番	数量
日本メトロニック	MidasRex ハイスピードドリルシステム		1
	構成		
	IPC コントロール NT	EC300	1
	IPC フットスイッチ NT	EF200	1
	電源コード	EA603	1
	IPC カート NT	EA800	1
	レジエント EHS インストールメントケース	EA100	2
	レジエント EHS スタイラスモーター	EM200	2
	パーフォレータードライバーアタッチメント	AD03	2
	レジエントガードツキアタッチ	AF02	2
	レジエントガードツキアタッチ	AF03	1
	レジエントアタッチメントストレ	AS08	2
	レジエントアタッチメントストレ	AS075	2
	レジエントアタッチメントストレ	AS10	2
	レジエントアングルアタッチメント	AA075	1
	オシレーティングソーフットタイプ	ES100	2
	サンタルソーフットタイプ	ES300	1
	マイクロソーインストールメントケース	EA120	1
	マイクロソーインストールメントケース	EA130	1
	レジエントモーターレンチ	PA130	2
	レジエントクリーニングブラシ	PA310	1
	ハナスプレープラス	Z182-100	1
	エンドスクラブ 2 フットスイッチ	1852000	1
	レジエントテーパ 2.3mm	F2/8TA23	4
	レジエントテーパ 3.0mm	F3/9TA30	1
	レジエントツイストドリル 1.5mm	8TD158	4
	7.5cm 用ボール型カッティングツール	75BA20	2
	7.5cm 用ボール型カッティングツール	7BA50	2
	レジエントボール溝付 2.0mm	10BA20	2
	レジエントボール溝付 5.0mm	10BA50	2
	7.5cm 用ボール型ダイヤモンドツール	75BA20D	2
	7.5cm 用ボール型ダイヤモンドツール	75BA30D	2
	7.5cm 用ボール型ダイヤモンドツール	75BA40D	2
	7.5cm 用ボール型ダイヤモンドツール	75BA50D	2
	レジエントボールダイヤ 2.0mm	10BA20D	2
	レジエントボールダイヤ 3.0mm	10BA30D	2
	レジエントボールダイヤ 4.0mm	10BA40D	2

	レジントボールダイヤ 5.0mm	10BA50D	2
	MDX TNSB バー ダイヤモンド 3.0mm	TN30RCD	2
	マイダスレックス IPC イリゲーションチューブ(1 入)	IRD250	2
	マイクロソーブレード	120S97-04F	2
	マイクロソーブレード	180S102-04F	2
	マイクロソーブレード	200S70-04F	1
	マイクロソーブレード	80SB150-04F	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院先端医学棟 手術室

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。