

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 3-3 号

2 器械の名称及び数量 内視鏡システム 2 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
		ビデオシステム		1 式
	【構成】			
1	オリンパス	EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター	CV-290	2 台
2	オリンパス	高輝度光源装置	CLV-290SL	2 台
3	オリンパス	高解像 LCD モニター	OEV262H	2 台
4	ソニー	3D メディカル HD レコーダー	HVO-3300MT SONY1080P 3.5 インチ LCD	1 台
5		タッチパネルシステム 15.6 型ワイド TFT-LCT	ET1502L-2UWA-1-G	1 台
6	TEAC	3C-SCV リモートケーブル		1 本
7	日本フォーサムサービス	AVS-WM-NP2 用サイドアーム	MS-SBA-NP2S	1 台
8	オリンパス	上部ビデオスコープ	GIF-H290Z	1 台
9	オリンパス	大腸ビデオスコープ	PCF-H290ZI	2 本
10	オリンパス	大腸ビデオスコープ	CF-HQ290ZI	1 台
11	オリンパス	モバイルワークステーション	WM-NP2SET 1	2 台
12	オリンパス	CO2 ホンペ処理ター	MAJ-1639	1 セット
13	オリンパス	内視鏡用洗浄ポンプ	OFP-2	1 台
14	オリンパス	CV 通信変換器	MAJ-1916	1 式
15	オリンパス	周辺機器リモートケーブル	MAJ-1918	1 本
16	オリンパス	ケーブル	MAJ-604	1 本
17	オリンパス	モニターケーブル	MAJ-1462 7m	1 本
18	オリンパス	RGB ケーブル	MH-984	1 本
19	オリンパス	SDI ケーブル	MAJ-1951 N3647800 2.5m	2 本
20		IT セットアップ (設置調整)		1 式
21	杉研商事	SL 写真撮影装置 MPS-mini 本体	2-010	1 台
22	杉研商事	カメラ遮光板	7-121	1 台
	杉研商事	カメラ上下微動プレート	2-630	
23	杉研商事	カメラボディ	ニコン D5600 8GB メモリ付	1 台
24	杉研商事	カメラレンズ	AF-S DX Micro NIKKOR 40mmF/2.8G	1 個

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
		超音波内視鏡システム		1 式
	【構成】			
1	オリンパス	超音波ガストロビデオスコープ	GF-UE260-AL5	1 式
2	ボストン	スイングラス DS デジタルコントローラー		1 台
3	ボストン	スコープ DS 内視鏡		1 台
4	エルベ	EIP2 イリゲーションポンプ		1 台
5	エルベ	フットポンプ		1 台
6	エルベ	EIP2 用チューブセット 内視鏡用		1 箱

7	オリンパス	DVI ケーブル		1 本
8	オリンパス	Y/C 映像ケーブル		1 本
9	アイ・オー・データ機器		GV-VCBOX	1 台

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院内視鏡室

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。