

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 13-5 号

2 器械の名称及び数量 鋼製小物（ケイセイ医科工業） 1 式

3 構成

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
1	ケイセイ	細部鑷子	有	F-2357	2
2	ケイセイ	細部鑷子	無	F-320	2
3	ケイセイ	マッカントー鑷子	無	F-355	2
4	ケイセイ	マッカントー鑷子	有	F-356	2
5	ケイセイ	形成用ペアン	直	FH-1540	5
6	ケイセイ	形成用ペアン	曲・長 12cm	FH-6330	10
7	ケイセイ	扁平鉤	形成用 中	H-194	2
8	ケイセイ	扁平鉤	形成用 小	H-195	2
9	ケイセイ	扁平鉤	形成用 大	LH-3010	2
10	ケイセイ	ケイセイ万能開口器	丹下式	M-335	5
11	ケイセイ	クラフマンマイクロ鑷子	No.2	MF-02	2
12	ケイセイ	クラフマンマイクロ鑷子	No.5	MF-05	3
13	ケイセイ	形成用持針器	目なし	N-174	2
14	ケイセイ	形成用持針器	目あり	N-4320	2
15	ケイセイ	クラフマン持針器	反 15cm	NH-158CR	1
16	ケイセイ	血管剪刀	反 10.5cm	S-0100	1
17	ケイセイ	形成剪刀	反	S-121	9
18	ケイセイ	形成剪刀	(空白)	S-122	1
19	ケイセイ	形成剪刀	直	S-124	2
20	ケイセイ	丸針持針器	(空白)	TD-001 030708	15

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。