

仕 様 書

1 入札番号 総病管第3-17号

2 器械の名称及び数量 CRP 測定装置 1式

3 機器の構成 (1)または(2)のいずれかとする

(1)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置		1 式
	【構成】			
1		自動血球計数 CRP 測定装置	LC-767CRP	1 台
2		CRP ユニット 50		1
3		検査システム接続費		1 式

(2)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	日本光電	全自動血球計数器	MEK-6510	1台
2		臨床化学分析装置	CHM-4120	1台
3		RS-232C クロスケーブル	YZ-0323	3 本
4		SD カード(2GB)	Y154F	1 枚
5		LAINS-GX 分析器接続		1 式

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に設置すること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 適正に稼動するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。
- (7) 稼動に必要な試薬等の消耗品は1箱以上含むこと。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。