

仕 様 書

1 入札番号 総病管第3-20号

2 器械の名称及び数量 病棟用ベッド 20台

3 機器の構成 (1)または(2)のいずれかとする

(1)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	パラマウントベッド			
	【構成】			
1		電動リモートコントロールベッド	KA-53121A	20台
2		折りたたみベッドサイドレール	KS-0271	40本
3		ベッドサイドテーブル	KF-1930	20台
4	モルテン	フィール防水	MFEL83 83 ハバ	20枚

(2)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	フランスベッド			
	【構成】			
1		低床3モーターベッド	JS-NM33/PC1	20台
2		折りたたみ式サイドレール	SR-723JJ	20組
3		ハイローサイドテーブル	ST-136N LO	20台
4	モルテン	フィール防水	MFEL83	20枚

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に設置すること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 適正に稼動するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。
- (7) 稼動に必要な試薬等の消耗品は1箱以上含むこと。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。