

仕 様 書

1 入札番号 総病管第1ー19号

2 器械の名称及び数量 婦人科病棟機器 1式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	数量
1	タラヘルメント	産婦人科検診台	1式
	【構成】		
1-1		本体 DG-770 ES19	1台
1-2		クスコ掛け DX-899	2台
2	タラヘルメント	分娩台	1式
	【構成】		
2-1		本体 DG-880 99	1台
2-2		サイドフェンス DG-880-SF 99	1組
2-3		サイド上肢台 DG-880-SA 99	1個
2-4		支脚器 DG-880-CN	1足
2-5		収納カート DG-880-OPC	1台
2-6		サイドレール DG-880-SR	1個
2-7		補助支脚器 DG-880-CSQ	1台
2-8		側臥位分娩用支脚器 DG-880-SCG	1台
2-9		汚水ロートN DG-880-XRN	1個
2-10		ハンドスイッチ DG-880-HSW	1個
2-11		汚水タンク特注 DX-899	1台
2-12		サイド怒責グリップ DX-899	1組
2-13		特注費用カバー色選択張替	1式
3	タラヘルメント	LDR 分娩台	1式
	【構成】		
3-1		本体 820 油圧ロック型 DG-820YJCN11 レモンレロー	1台
3-2		ハンドスイッチ DG-820-HSW	1個
4	アトムメディカル	インファウーマi 蘇生装置	3式
	【構成】		
4-1		本体 レサシフロー(ブレンダ付)P吸引器付 23501	3台
4-2	マシモ	SpO2ユニット インファントウーマi用 23613	3個
4-3		チューブホルダーi・サンフレーザー・V-505用 23627	3個
4-4		引出しインファウーマi・サンフレーザー用取付金具付 23635	3個
4-5		トレイセット SF レール用 23716	3個
4-6		バスケットアーム付/F レール用 23717	3個
4-7		IV ポールF レール用 23720	3個
4-8		四連コンセントセットF レール用 23725	3個

5	アトメディカル	インキュ i	2 式
	【構成】		
5-1		本体 体重モニタ付 21609	2 台
5-2		マシモ Sp02 ユニット 21630	2 個
5-3		引出 i シリーズ保育器用 21502	2 個
5-4		IV ポール 23720 F レール用	2 本
5-5		MF レール 23721 左右兼用 F レール用	2 本
5-6		バスケット 23717 アーム付 F レール用	2 個
5-7		i シリーズ保育器対応光線治療器スタンド 95552	2 個

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 適正に稼働するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。