

仕 様 書

1 入札番号 総病管第1ー20号

2 器械の名称及び数量 スコープセット 1式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	数量
1	オリンパス	スコープセット	1式
	【構成】		
2		3本セットプラン	1式
		【内訳】	
3		ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ GIF-H290Z	1台
4		大腸ビデオスコープ PCF-H290ZI	1本
5		大腸ビデオスコープ PCF-H290TI	1式
6		LUCERA ELITE ビデオシステムセンター CV-290	1台
7		LUCERA ELITE 高輝度光源装置 CLV-290SL	1台
8		高解像LCD モニター OEV262H	1台
9		モービルワークステーション WM-NP2SET1	1台
10		ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ GIF-H290EC	1本
11		周辺機器リモートケーブル MAJ-1918	1本
12		CV 通信変換器 MAJ-1916	1式
13		SDI ケーブル MAJ-1951 2.5m	1本
14		CO2 ボンベホルダー MAJ-1639	1セット
15		IT セットアップ	1式
16	ソニー	3D メディカルHD レコーダー HVO-3300MT SONY1080P3.5型LCD	1台
17		タッチパネル 15型ワイドLCD タッチパネルモニター ET1502L-2UWA-1-G	1台
18	TEAC	3C-SCV リモートケーブル	1本
19	日本フォームサ ビス	AVS-WM-NP2 用サイドアーム MS-SBA-NP2S	1台
20	オリンパス	超音波気管支ビデオスコープ BF-UC290F	1本

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

（７）適正に稼働するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

５ 搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。