

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第5号
- 2 器械の名称及び数量 検体検査自動化システム 1式

3 機器の構成

以下、全ての仕様を満たすこと。

メーカー	内訳	型式	数量
(株)エイアンドデ イー	検体検査自動化システム CLINILOG V4	CLINILOG V4	
	【構成内訳】		
	分析前工程統合管理モジュール MPAM+ ゴム栓オーバーキャップ		2
	搬送モジュール		1
	COTI 集中管理システム 4CH		1
	システムマネジメントモジュール		1
(株)日立ハイテック	日立自動分析装置	LABOSPECT008 α	2
静岡水工(株)	純水製造装置システム	特 PR-0250SG-001 特 PR-0500SM-0000	1
シスメックス(株)	全自動血液凝固測定装置	CN-6000	2
富士通(株)	検査システム接続		1
	既存機器移設及び再設置費		1
	据付搬入費		1

※その他、機器搬入における付帯工事を全て含むこと。

4 その他

- 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- 主要諸元はメーカーの仕様による。
- 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けしないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。