

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第5号
- 2 器械の名称及び数量 全自動細菌検査装置 1式

3 機器の構成

メーカー	項目	規格	数量
日本ベクトン・ディッキンソン	全自動同定感受性検査システム		1式
	【構成内容】		
	BD フェニックス M50 全自動同定感受性システム	443624	1式
	BD フェニックス M50 スターターキット	443625	1式
	FME 用日本語プリンター	252406	1式
	BD フェニックス 温度パネル	448984	1式
	BD phoenixSpec	440910	1式
	BD phoenixSpec キャリブレーションプレート	440911	1式
	BD バクテック 延長コード	252277	1式
	BD EpiCenter マルチユーザーライセンス	440981	1式
	Informatics PC	445411	1式
	BD EpiCenter LCD2 J	252470	1式
	BD EpiCenter スターターキット 2	252471	1式
	BD EpiCenter UPS2	252472	1式
	BD EpiCenter バーコードプリンターキット	252235	1式
	BD EpiCenter バーコードスキャナー(2D) II	252962	1式
	検査システム立会い費		1式

4 その他

- （1） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- （2） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- （3） 主要諸元はメーカーの仕様による。
- （4） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けしないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- （5） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- （6） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- （1） 搬入場所
静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。