

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第12号

2 器械の名称及び数量 心臓超音波画像診断装置 1式

3 機器の構成

下記のNo.1、No.2、No.3のいずれかの全ての仕様を満たすこと。

No.	メーカー	項目	数量
No.1	フィリップス	EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System 795234	1式
		【構成内容】	
		超音波診断装置 EPIQ Elite Elevate	1
		Vascular (血管) クリニカルオプションパッケージ	1
		Adult Echo (成人心エコー) クリニカルオプション	1
		Pediatric Cardiology (小児心臓)	1
		xMATRIX xPlane/Live 3D (SS 用)	1
		ロングライフバッテリーパッケージ	1
		X5-1c マトリックスアレイトランスジューサ	1
		HD MAX ディスプレイ	1
		内臓 白黒プリンタ	1
		FUJITSU MWM 接続費	1
		NIPRO 接続費	1
No.2	キヤノンメディカル	超音波診断装置 Aplio i700/Prism Edition CV	1式
		【構成内容】	
		超音波診断装置 TUS-AI700/9C	1
		超音波診断装置本体	(1)
		液晶モニタ (23 インチ)	(1)
		Cardiac Luminance キット	(1)
		3DTEE キット (512VX 用)	(1)
		CW キット	(1)
		Reference Signal キット	(1)
		DICOM キット	(1)
		USB 通信 Dongle	(1)
		STC キット UIST-AI901A	1
		キーボードキット UIKB-AI900A	1
		ECG 電極リード線 BR-903FT	1
		パームコントローラーキット UZPT-002A	1
		Contrast Enhancement キット USCT-AI900A	1

		Volume Matrix キット USVM-AI800A	1
		セクタプローブ PSI-30BX	1
		3D セクタプローブ PSI-28VX	1
		デジタル白黒プリンタ UP-D898MD-DC	1
		ペーパーシート SONO PPR L700	1
		周辺機器搭載キット UZRI-AI903A	1
		富士通 MWM 接続	1
		グットネット SR STORAGE	1
No. 3	GE ヘルスケア ジャパン	超音波診断装置 Vivid S70N Dimension Ultra Edition v206	1 式
		【構成内容】	
		汎用超音波画像診断装置 Vivid S70N Dimension v206	1
		4Vc-D(4D プローブ)	1
		HD Color	1
		SONY 白黒デジタルビデオプリンタ UP-D898DC	1
		DVD ドライブ (データ保存用)	1
		ネットワーク接続費用 2 接続 (検収後 2 年間有効)	1
		SR 接続費用	1
		ニプロ Storage/SR 接続費用	1
		富士通 MWM 接続費用	1

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。